Tag RFID

WX-015-0330

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,1DG

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Opis

Tag zbliżeniowy (bezstykowy) z mikroprocesorem (chipem) i anteną. Sam nie emituje sygnału – do identyfikacji wykorzystuje fale radiowe o określonej częstotliwości (tag pasywny).

Zastosowanie Tag RFID* umożliwia dostęp do zdefiniowanych możliwości poprzez identyfikację radiową: • Konkretnej osoby - Wystarczy zbliżyć tag RFID do terminala wagi, aby uzyskać dostęp do danych. Dzięki temu nie musisz wpisywać nazwiska i hasła za każdym razem, gdy chcesz się zalogować. Przekłada się to bezpieczeństwo danych i oszczędność czasu; • Konkretnego kodu dostępu - Możesz użyć tag RFID do oznaczenia konkretnych towarów lub składników receptury w bazie danych. Takie rozwiązanie gwarantuje bezbłędne recepturowanie i skraca czas procedury. *RFID ISO/IEC 14443 Type A, 13,56 MHz

Jak używać tagu RFID z wagami ELLIPSIS?

1. Kliknij pole „Parametry”, a następnie pole „Użytkownicy”.

2. Dodaj użytkownika i wpisz swoje dane.

3. Kliknij pole „Numer karty” i zbliż tag do terminala.

4. Kliknij, żeby potwierdzić ustawienia.

Korzyści Podsumowując, technologia RFID zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki stuprocentowej identyfikacja użytkownika i eliminuje błędy wynikające z „czynnika ludzkiego”. Ponadto optymalizuje czas pracy i poprawia jej efektywność, a nade wszystko daje nieskończenie wiele możliwości.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Automatyczny System Wagowy UMA 5Y.F
Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Wagi CY10 do KTP
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Waga analityczna XA 5Y.A
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO
Ultra-mikrowaga UYA 5Y
Automatyczny komparator masy AK-4
Automatyczny komparator masy AKM-2
Waga precyzyjna CY10
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Automatyczny komparator masy UMA
Manualny komparator masy APP 5Y.KO
Robotyczne komparatory masy
Komparatory do pomiaru gęstości
Mikrowaga MYA 5Y
Waga analityczna XA 5Y
Manualne susceptometry do pomiaru magnetyzmu
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB
Manualny komparator masy HRP 5Y.KO
Automatyczne Próżniowe Komparatory Masy
Wagosuszarka PMV 5Y
Automatyczne susceptometry do pomiaru magnetyzmu
Manualny komparator masy XA 5Y.KO
Manualny komparator masy HRP 5Y.KB
Mikrowaga XA 5Y.M
Robotyczny System Wagowy RMC F
Robotyczny System Wagowy RB F
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S
Automatyczny System Wagowy AK-6 5Y.F