



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,9XE

100 μ l ÷ 1000 μ l - RW8-106-20-9 Micropipetas

PA-203-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Volume	100 – 1000 μ l
Erro sistemático	2,0% / 0,6%
Erro randômico	0,7% / 0,2%
Dicas	1000 μ l



Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
 Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P

Balanças automáticas para calibração de micropipetas