



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,9XE

Pipeta automática 100 µl ÷ 1000 µl - RW8-106-20-9

PA-203-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Volumen	100 – 1000 µl
Error de la exactitud	2,0% / 0,6%
Error de la repetibilidad	0,7% / 0,2%
Terminaciones	1000 µl



Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Balanzas automáticas para la calibración de pipetas