radwag.com

Pipette automatique 100 µl ÷ 1000 µl - RW8-106-20-9

PA-203-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,9XE

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Volume	100 – 1000 µl
Erreur de précision	2,0% / 0,6%
Erreur de répétabilité	0,7% / 0,2%
Bouts	1000 µl

Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes