



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,9XE

Pipette automatique 100 μ l ÷ 1000 μ l - RW8-106-20-9

PA-203-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Volume	100 – 1000 μ l
Erreur de précision	2,0% / 0,6%
Erreur de répétabilité	0,7% / 0,2%
Bouts	1000 μ l



Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes