Pipetta automatica 100 µl ÷ 1000 µl - RW8-106-20-9

PA-203-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,9XE



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Volume	100 – 1000 µl
Systematic error	2,0% / 0,6%
Random error	0,7% / 0,2%
Tips	1000 µl

Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P

Bilance automatiche per la calibrazione delle pipette