radwag.com

100 µl ÷ 1000 µl - RW8-106-20-9
自動ピペット

PA-203-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,9XE



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
ボリューム	100 – 1000 µl
系統誤差	2,0% / 0,6%
ランダムエラー	0,7% / 0,2%
RS 232 ケーブル (ターミナル - ターミナル)	1000 µl

互換性あり (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P ピペット校正用ミクロ天秤
MYA 5Y.P ピペット校正用ミクロ天秤

ピペット校正用自動天秤