



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,9XE

Pipeta automatyczna 100 μ l ÷ 1000 μ l - RW8-106-20-9



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Objętość	100 – 1000 μ l
Błąd dokładności	2,0% / 0,6%
Błąd powtarzalności	0,7% / 0,2%
Końcówki	1000 μ l



Pasuje do

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Wagi automatyczne do kalibracji pipet