Automatische Pipette 2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9

PA-203-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,A7T

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Volumen	2 – 20 µl
Genauigkeitsfehler	3,0% / 0,9%
Wiederholbarkeitsfehler	2,0% / 0,4%
Spitzen	300 µl

Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
Pipettenspitzen