radwag.com

Pipeta automática 2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9

PA-203-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,A7T



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Volumen	2 – 20 µl
Error de la exactitud	3,0% / 0,9%
Error de la repetibilidad	2,0% / 0,4%
Terminaciones	300 µl

Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
Balanzas automáticas para la calibración de pipetas
Puntas de pipeta