



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,A7T](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,A7T)

# Pipeta automática 2 $\mu$ l ÷ 20 $\mu$ l - RW8-102-20-9

PA-203-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Volumen	2 – 20 $\mu$ l
Error de la exactitud	3,0% / 0,9%
Error de la repetibilidad	2,0% / 0,4%
Terminaciones	300 $\mu$ l



## Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P  
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Balanzas automáticas para la calibración de pipetas  
 Puntas de pipeta