



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,A7T

Pipette automatique 2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9

PA-203-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Volume	2 – 20 µl
Erreur de précision	3,0% / 0,9%
Erreur de répétabilité	2,0% / 0,4%
Bouts	300 µl



Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes
 Embouts de pipette