



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,A7T](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,A7T)

## Pipette automatique 2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Volume	2 – 20 µl
Erreur de précision	3,0% / 0,9%
Erreur de répétabilité	2,0% / 0,4%
Bouts	300 µl



### Compatible avec

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P  
Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes  
Embouts de pipette