# Pipetta automatica 2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9

PA-203-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,A7T



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|---|
| Volume | 2 – 20 µl |
| Systematic error | 3,0% / 0,9% |
| Random error | 2,0% / 0,4% |
| Tips | 300 µl |

## Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
Bilance automatiche per la calibrazione delle pipette
Puntali per pipette