2 µl ÷ 20 µl - RW8-102-20-9 Otomatik Pipetler

PA-203-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,A7T

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Hacım	2 – 20 µl
Systematic error	3,0% / 0,9%
Tekrarlanabilirlik error	2,0% / 0,4%
Uçlar	300 µl

İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler
Pipet uçları