



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,C80

Pipette automatique 10 μ l ÷ 100 μ l - RW8-104-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Volume	10 – 100 μ l
Erreur de précision	3,0% / 0,8%
Erreur de répétabilité	1,5% / 0,15%
Bouts	300 μ l



Compatible avec

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes
 Embouts de pipette