radwag.com

Pipetta automatica 10 µl ÷ 100 µl - RW8-104-20-9

PA-203-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,C80

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Volume	10 – 100 µl
Systematic error	3,0% / 0,8%
Random error	1,5% / 0,15%
Tips	300 µl

Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
Bilance automatiche per la calibrazione delle pipette
Puntali per pipette