# AVK 1000.5Y
# ポンプ付き自動真空質量比較器（マスコンパレータ）

WL-417-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,D80



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| E0 校正範囲 | 100 g – 1 kg * |
| E1 校正範囲 | 100 g – 1 kg |
| E2 校正範囲 | 100 g – 1 kg |
| F1 校正範囲 | 100 g – 1 kg |
| F2 校正範囲 | 100 g – 1 kg |
| **最大ひょう量** [Max] | 1002 g |
| 最小表示 [d] | 0,1 µg |
| **標準繰り返し性** [Max] | 0,5 µg ** |
| **標準繰り返し性** [5% Max] | 0,4 µg ** |
| **許容繰り返し性** | 0,8 µg |
| 直線性 | ±2 µg |
| 電気補償範囲 | -1 g – +2 g |
| 安定化時間 | 60 s |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| 調整 | 内部 / 外部 |
| **物理的パラメータ** | |
| **ディスプレイ** | **10" グラフィック カラー タッチスクリーン** |
| 計量皿寸法 | ø100 mm |
| **真空チャンバー寸法** | 965×745×1150 mm |
| 圧力範囲 | $10(^{-6})$ mbar |
| **測定対象の直径** | 円筒形 ø (22 – 95)x110; 球状 ø (40 – 100) mm |
| **計量装置の寸法** | 965×745×1700 mm |
| **制御デバイスの寸法** | 249×170×72 mm |
| **正味重量（テーブルなし）** | 250 kg |
| **正味重量（テーブル付）** | 650 kg |
| **工事中** | |
| 外部分銅 | 500 g, 800 g, 900 g |
| **マガジン位置** | 6 |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +15 – +30 °C |
| 動作温度変化率 | ±0,1 °C / 12 h |
| 相対湿度 | 45% – 60% |
| 相対湿度変化率 | ±2% / 4 h |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

# アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ
追加モジュール
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

# ソフトウェア (Additional Fee)

• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

