radwag.com

# Balance à 4 senseurs HX5.EX-1.4.300.C6

WW-008-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,FY7

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Newton unit measurement
- Statistics
- GLP Procedures
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|---|---|
| Capacité maximale [Max] | 300 kg |
| Capacité minimale [Min] | 2 kg |
| Précision de lecture [d] | 100 g |
| Échelon de légalisation [e] | 100 g |
| Étendue de tare | -300 kg |
| Classe de précision OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Paramètres physiques** | |
| Afficheur | 5” graphique couleurs |
| Longueur de câble | 3 m |
| Dimension du plateau | 800×800 mm |
| Masse nette | 62,8 kg |
| Masse brute | 63 kg |
| **Construction** | |
| Degré de protection | IP 65 construction, IP 67 tensomètre, IP 66 / 68 terminal |
| Certification ATEX | II 2G Ex ib IIB T4 Gb |
| Certification IECEx | Ex ib IIB T4 Gb |
| Construction | acier pulvériséeacier St3S |
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | 2×RS232, RS485 |
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Prise de courant maximale | 15 W |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | -10 – +40 °C |
| Humidité relative d'air | 10% – 85% RH sans condensation |
| Terminal | PUE HX5.EX-1 |

Additional fee for verification

## Accessoires (Additional Fee)

Modules de communication
Alimentation à sécurité intrinsèque pour la balance EX pour alimenter l’indicateur PUE HX5.EX
Imprimante de tickets de caisse

## Software (Additional Fee)

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D’étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]