



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,HDZ](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,HDZ)

# Balance pèse-personne C315.60/150.OW-

## 1

WM-004-1030



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	60 / 150 kg
Précision de lecture [d]	20 / 50 g
Étendue de tare	-150 kg
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Afficheur	4,3" LCD (rétro-éclairé)
Dimensions de colis L x P x H	1150×400×110 mm
Masse nette	7,8 kg

Paramètres physiques	
Masse brute	10 kg
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur
Prise de courant maximale	5 W
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	jusqu'à 8 heures
Conditions environnementales	
Température du travail	0 – +40 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation

Cette balance n'est pas un dispositif médical au sens de la réglementation MDR.



Additional fee for verification

## Accessoires (Additional Fee)

Alimentateurs

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Câbles d'alimentation de cigare-allume

Afficheurs

Câbles RS 232, RS 485

Convertisseur RS 232 – Ethernet

Convertisseur RS 232 – USB

Convertisseur RS 232 – RS 485

Imprimante de tickets de caisse


## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]


• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]



# Dimensions d'appareil L x P x H



C315.OW



C315.OR



C315.OK