



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,IRH

20 μ l ÷ 200 μ l - RW8-105-20-9 Micropipetas

PA-203-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Volume	20 – 200 μ l
Erro sistemático	2,0% / 0,6%
Erro randômico	0,8% / 0,15%
Dicas	300 μ l



Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
 Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P

Balanças automáticas para calibração de micropipetas