radwag.com

Automatische Pipette 20 µl ÷ 200 µl - RW8-105-20-9

PA-203-0005

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,IRH



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Volumen	20 – 200 µl
Genauigkeitsfehler	2,0% / 0,6%
Wiederholbarkeitsfehler	0,8% / 0,15%
Spitzen	300 µl

Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung