



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,IRH

Pipeta automática 20 µl ÷ 200 µl - RW8-105-20-9

PA-203-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Volumen	20 – 200 µl
Error de la exactitud	2,0% / 0,6%
Error de la repetibilidad	0,8% / 0,15%
Terminaciones	300 µl



Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Balanzas automáticas para la calibración de pipetas