



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,IRH

Pipette automatique 20 µl ÷ 200 µl - RW8-105-20-9

PA-203-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Volume	20 – 200 µl
Erreur de précision	2,0% / 0,6%
Erreur de répétabilité	0,8% / 0,15%
Bouts	300 µl



Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes