



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,IRH

20 µl ÷ 200 µl - RW8-105-20-9 Otomatik Pipetler

PA-203-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Hacim	20 – 200 µl
Systematic error	2,0% / 0,6%
Tekrarlanabilirlik error	0,8% / 0,15%
Uçlar	300 µl



İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazı
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazı

Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler