



THB P - Sensor de condiciones ambientales precisas

WX-016-0161

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,KE8



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Lectura de la temperatura [d]	0,001 °C
Precisión de medición de la temperatura	± 0,1 °C
Rango de presión medida	850 – 1050 hPa
Lectura de la presión [d]	0,001 hPa
Precisión de la medición de presión	1 hPa
Rango de humedad medida	0 – 100 %
Temperatura de trabajo	+5 – +45 °C
Lectura de la humedad [d]	0,01 %
Precisión de la medición de humedad	± 1,8 %
Medida de la densidad del aire	SI
Rango de medición de temperatura	+5 – +45 °C
Interface de comunicación	USB 2.0
Detección de vibraciones	SI

Paramètres físics

Masa neta	260 g
Masa bruta	0,44 kg



Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F
Balanza analítica AS X7
Microbalanza XA 5Y.M.A
Balanzas automáticas para la calibración de pipetas
Balanza de precisión PS X7
Balanza analítica XA 5Y.A
Comparador de Masas Manuales WAY 5Y.KO
Comparadores de masa robóticos
Ultra-Microbalanza UYA 5Y
Balanza analítica AS 5Y
Comparador de masa automático AK-4
Balanzas PS 5Y para CCE
Comparador de masa automático AKM-2
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
Comparador de masa automático UMA

Comparador de Masas Manuales APP 5Y.KO
Comparadores para la medición de densidad
Microbalanza MYA 5Y
Balanza analítica XA 5Y
Comparador de Masas Manuales 5Y.PM.KB
Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KO
Balanza de precisión PS 5Y
Comparadores de masa automáticos al vacío
Comparador de Masas Manuales XA 5Y.KO
Comparador de Masas Manuales HRP 5Y.KB
THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Microbalanza XA 5Y.M
Comparador de Masas Manuales UYA 5Y.KO
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y
Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S

Programas (Additional Fee)

- Programa de ordenador THB [WX-010-0122]