



radwag.com



## Cavo PT0455

WX-013-0239

More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,0C3](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,0C3)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Caratteristiche generali

Cavo PT0455 viene utilizzato per collegare la bilancia serie 5Y o il terminale PUE CY10 con la stampante RADWAG RTP. La sua lunghezza standard è di 1,8 m.

## Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P  
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
Sistema di pesatura automatico UMA 5Y.F  
Bilancia di precisione 5Y.PM  
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F  
Microbilancia XA 5Y.M.A  
Bilance automatiche per la taratura delle pipette WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Comparatori di massa robotici  
UYA 5Y Ultra-Microbilancia  
Comparatore di massa automatico AK-4  
Comparatore di massa automatico AKM-2  
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
Comparatore di massa automatico UMA APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale

Suszeptometri manuali per la misurazione del magnetismo 5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale Comparatori di massa automatici a vuoto Termobilancia PMV 5Y  
Suszeptometri automatici per la misurazione del magnetismo XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale Sistema di pesatura robotizzato RMC F Sistema di pesatura robotizzato RB F Microbilancia XA 5Y.M  
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S

Comparatori di densità  
Microbilancia MYA 5Y

Stampanti di ricevuta