radwag.com

Waga łóżkowa C315.4B.500.C-1

WM-002-0016

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,OQN

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Wewnętrzny akumulator
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Procedury GLP
- Pamięć ALIBI
- BMI

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	500 kg
Dokładność odczytu [d]	200 g
Zakres tary	-500 kg
Klasa dokładności OIML	III
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	4,3” LCD (z podświetleniem)
Wymiary opakowania S x G x W	390×820×360 mm
Masa netto	18,5 kg
Masa brutto	28 kg

Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz + akumulator
Maksymalny pobór mocy	5 W
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	do 8 godzin
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

W świetle regulacji MDR ta waga nie jest wyrobem medycznym.

Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Zasilacze
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Wyświetlacze
Przewody RS 232, RS 485
Konwerter RS 232 – Ethernet
Konwerter RS 232 - USB
Konwerter RS 232 – RS 485
Drukarki paragonowe

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

Wymiary urządzenia S x G x W



C315.8B



C315.4B