C315.4B.500.C-1 Yatak Terazisi

WM-002-0016

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,OQN



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Internal battery
- Peak hold
- GLP Procedures
- ALIBI Memory
- BMI

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	500 kg
Okuma içiğruluğu [d]	200 g
Dara aralığı	-500 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	4,3” LCD (aydınlatma ile)
Ambalaj boyutları G x D x Y	390×820×360 mm
Net ağırlık	16 kg
Brüt ağırlık	22 kg

Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya
Maksimum güç tüketimi	5 W
Batarya ile çalışma süresi	için 8 saat
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	0 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

MDR yönetmelikleri kapsamında, bu tartı tıbbi bir cihaz değildir.





Additional fee for verification


Aksesuarlar (Additional Fee)

Güç adaptörü
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Display
RS 232, RS 485 Kablolari
RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
RS 232 – USB Dönüştürücü
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü
Fiş yazıcı


Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları G x D x Y



C315.8B



C315.4B