




# Protocole de communication Radwag (PUE C32)

WX-016-0293

More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,P66](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,P66)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Description

Le protocole de communication des caractères Radwag est destiné à la communication entre la balance Radwag et un dispositif externe via des interfaces RS232, Ethernet ou Wi-Fi\*. Le protocole se compose de commandes envoyées depuis un dispositif externe à la balance et de réponses envoyées depuis la balance vers ce dispositif. Des réponses sont envoyées depuis la balance chaque fois qu'une commande est reçue en réaction à une commande donnée. Les commandes qui composent le protocole de communication permettent d'obtenir des informations sur l'état de la balance et comment influencer son fonctionnement, par exemple, elles permettent de recevoir les résultats de pesée de la balance, de contrôler l'affichage, etc.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## Compatible avec (Additional Fee)

Balance multifonctionnelle C32

Terminal de pesage PUE C32