



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,PA9

Zestaw MV Test



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Zestaw MV Test służy do oceny dokładności suszenia i precyzji pomiarów oraz jest stosowany do weryfikacji poprawności działania wagosuszarek. Układ grzewczy wagosuszarki działa poprawnie, jeżeli w wyniku suszenia substancji referencyjnej (NaCl) uzyskuje się wynik zawartości masy suchej zgodny z wartością certyfikowaną.

W skład Zestawu MV Test wchodzi:

chlórek sodu o stężeniu 10% (weryfikowanym przez laboratorium) i pojemności 250 ml, certyfikat jakości dla chlorku sodu wydawany przez RADWAG, pipeta Pasteura do przeniesienia substancji referencyjnej, pęseta stalowa do selekcji i transportu filtrów, filtry z włókna szklanego – 60 sztuk, broszura o wagosuszarkach MA X2 i PMV 50 PLUS, która wyjaśnia, jak wykorzystać Zestaw MV Test w ocenie dokładności pomiaru wilgotności lub masy suchej.

Procedura weryfikacji działania wagosuszarki przy użyciu zestawu została przedstawiona w publikacji: Dokładność i precyzja w badaniach zawartości wody.

Pasuje do

Wagosuszarka MA X7.IC.A
Wagosuszarka MA 5Y
Wagosuszarki MA X2.IC.A
Wagosuszarki MA X2.A

Wagosuszarka MA X7.A
Wagosuszarka MA 5Y.IC
Wagosuszarka MA R
Wagosuszarka PMV 5Y