



MV Test Seti

WX-003-0104

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,PA9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Genel Açıklama

MV Test seti, kurutma doğruluğunu ve ölçümlerin hassasiyetini değerlendirmek için kullanılır ve tartım kurutucularının doğru çalıştığını doğrulamak için kullanılır. Referans maddenin (NaCl) kurutulması, sertifikalı değerle uyumlu bir kuru kütle içeriği sonucuyla sonuçlanırsa tartım kurutucusunun ısıtma sistemi doğru çalışır.

MV Test Seti şunlardan oluşur:

%10 konsantrasyonlu (laboratuvar tarafından doğrulanmış) ve 250 ml hacimli sodyum klorür, RADWAG tarafından verilen sodyum klorür kalite sertifikası, Referans maddeyi aktarmak için Pasteur pipeti, filtreleri seçmek ve taşımak için çelik cımbız, cam elyaf filtreler - 60 adet, nem veya kuru kütle ölçümünün doğruluğunu değerlendirirken MV Test Setinin nasıl kullanılacağını açıklayan MA X2 ve PMV 50 PLUS nem tayin cihazları hakkında broşür.

Seti kullanarak tartım kurutucusunun performansını doğrulama prosedürü yayında özetlenmiştir: Accuracy and Precision of Water Content Determination

İle uyumlu (Additional Fee)

MA X7.IC.A Nem Tayin Cihazı
MA 5Y Nem Tayin Cihazı
MA X7.A Nem Tayin Cihazı

MA 5Y.IC Nem Tayin Cihazı
MA R Nem Tayin Cihazı
PMV 5Y Nem Tayin Cihazı