



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,PT7](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,PT7)

# Comparador automático de masa de vacío AVK 1000.5Y.CP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E1 Rango de calibración	100 g – 1 kg
E2 Rango de calibración	100 g – 1 kg
F1 Rango de calibración	100 g – 1 kg
F2 Rango de calibración	100 g – 1 kg
Maxima capacidad [Max]	1002 g
Legibilidad [d]	0,1 µg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	0,7 µg
Repetibilidad estándar [Máx.]	1 µg
Repetibilidad permitida	1,5 µg
Rango de compensación eléctrica	-1 g – +2 g
Tiempo de estabilización	60 s
Calibración	externa
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	ø100 mm

Parámetros físicos	
Dimensiones de la cámara de vacío	965×745×1150 mm
Rango de presión en la cámara de vacío	constante
Dimensiones de los objetos para la comparación	cilíndrico $\varnothing$ (22 – 95)×110; esférico $\varnothing$ (40 – 100) mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	965×745×1700 mm
Dimensiones de la unidad de control	249×170×72 mm
Masa neta sin mesa	250 kg
Masa neta con mesa	650 kg
Pesas de lastre exteriores	500 g, 800 g, 900 g
Almacén de pesas	6
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros eléctricos	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	$\pm 0,1$ °C / 12 h
Humedad relativa de aire	45% – 60%

**Repetibilidad en vacío** con condiciones ambientales ideales para 6 ciclos ABBA.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios

Etiqueta RFID  
Módulos adicionales  
Protecciones de seguridad  
Escáner de códigos de barra  
Cables RS 232, RS 485

THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente  
Impresoras de recibos  
Lector de huellas dactilares  
Cables RS 232, RS 485  
Cables RS 232 (Balanza a Impresora)

## Programas

• RMCS Lite [WX-010-0164]

• RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

## Dimensiones de aparato

