radwag.com

Automatische Pipette 5 µl ÷ 50 µl - RW8-103-20-9

PA-203-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,QLH



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Volumen	5 – 50 µl
Genauigkeitsfehler	2,0% / 0,6%
Wiederholbarkeitsfehler	2,0% / 0,3%
Spitzen	300 µl

Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
Pipettenspitzen