



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,QLH](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,QLH)

# Pipeta automática 5 $\mu$ l ÷ 50 $\mu$ l - RW8-103-20-9

PA-203-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Volumen	5 – 50 $\mu$ l
Error de la exactitud	2,0% / 0,6%
Error de la repetibilidad	2,0% / 0,3%
Terminaciones	300 $\mu$ l



## Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P  
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Balanzas automáticas para la calibración de pipetas  
 Puntas de pipeta