radwag.com

# Pipeta automática 5 µl ÷ 50 µl - RW8-103-20-9

PA-203-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,QLH

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos tecnicos

| Parámetros metrológicos | |
|---|---|
| Volumen | 5 – 50 µl |
| Error de la exactitud | 2,0% / 0,6% |
| Error de la repetibilidad | 2,0% / 0,3% |
| Terminaciones | 300 µl |

## Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
Balanzas automáticas para la calibración de pipetas
Puntas de pipeta