Pipette automatique 5 µl ÷ 50 µl - RW8-103-20-9

PA-203-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,QLH



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Volume	5 – 50 µl
Erreur de précision	2,0% / 0,6%
Erreur de répétabilité	2,0% / 0,3%
Bouts	300 µl

Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P
Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes
Embouts de pipette