

Pipette automatique 5 μ l ÷ 50 μ l - RW8-103-20-9

More information on the website mirror.radwag.com/fr/info,w1,QLH

PA-203-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques		
Volume	5 – 50 μl	
Erreur de précision	2,0% / 0,6%	
Erreur de répétabilité	2,0% / 0,3%	
Bouts	300 µl	



Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes Embouts de pipette