radwag.com

5 µl ÷ 50 µl - RW8-103-20-9 Otomatik Pipetler

PA-203-0003

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,QLH



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Hacım	5 – 50 µl
Systematic error	2,0% / 0,6%
Tekrarlanabilirlik error	2,0% / 0,3%
Uçlar	300 µl

İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler
Pipet uçları