Automatische Pipette 0,5 µl ÷ 10 µl - RW8-101-20-9

PA-203-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,UAW

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Volumen	0,5 – 10 µl
Genauigkeitsfehler	2,5% / 1,0%
Wiederholbarkeitsfehler	1,5% / 0,8%
Spitzen	10 µl

Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Pipettenspitzen
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung