



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,UAW

Automatische Pipette 0,5 µl ÷ 10 µl - RW8-101-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Volumen	0,5 – 10 µl
Genauigkeitsfehler	2,5% / 1,0%
Wiederholbarkeitsfehler	1,5% / 0,8%
Spitzen	10 µl



Kompatibel mit

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Pipettenspitzen
 Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung