



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,UAW

Pipeta automática 0,5 µl ÷ 10 µl - RW8-101-20-9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Volumen	0,5 – 10 µl
Error de la exactitud	2,5% / 1,0%
Error de la repetibilidad	1,5% / 0,8%
Terminaciones	10 µl



Trabaja con

Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P

Puntas de pipeta
 Balanzas automáticas para la calibración de pipetas