



radwag.com



Pipette automatique 0,5 µl ÷ 10 µl - RW8-101-20-9

PA-203-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,UAW



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Volume	0,5 – 10 µl
Erreur de précision	2,5% / 1,0%
Erreur de répétabilité	1,5% / 0,8%
Bouts	10 µl



Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P

Embouts de pipette
Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes