radwag.com

# Terminal wagowy PUE HX5.EX-2

WX-008-0147

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,VFI

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

## Funkcje

- Etykietowanie
- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Liczenie sztuk
- Pomiar w Newtonach
- Statystyka
- Procedury GLP
- Wymienne jednostki
- Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|---|---|
| Klasa dokładności OIML | III |
| Max. ilość działek przetw. tensometrycznego | 100 000 |
| Max. ilość działek legalizacyjnych | 6000 e |
| Minimalne napięcie na 1 działkę legalizacyjną | 0,4 µV |
| Minimalna impedancja przetw. tensometrycznych | 80 Ω |
| Max. impedancja przetw. tensometrycznych | 1200 Ω |
| Max. przyrost sygnału | 19,5 mV |

| | |
|---|---|
| **Parametry metrologiczne** | |
| Połączenie czujników tensometrycznych | 4 lub 6 przewodów + ekran |
| **Parametry fizyczne** | |
| Wyświetlacz | 5” graficzny kolorowy |
| Wymiary urządzenia S x G x W | 329×231×120 mm |
| Wymiary opakowania S x G x W | 640×310×220 mm |
| Masa netto | 7,8 kg |
| Masa brutto | 8,8 kg |
| **Konstrukcja** | |
| Stopień ochrony | IP 66 / 68 |
| Certyfikacja ATEX | II 2G Ex ib IIC T4 Gb (gazy)<br>II 2D Ex ib IIIC T60°C Db (pyły) |
| Obudowa | Stal nierdzewna |
| Praca w strefach | 1, 2 (gazy); 21, 22 (pyły) |
| **Interfejs komunikacyjny** | |
| Interfejs | 2×RS232, RS485, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe) |
| **Warunki środowiskowe** | |
| Temperatura pracy | -10 – +40 °C |

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy nierdzewne HRP EX.H
Moduły komunikacyjne
Platformy malowane proszkowo HRP EX
Zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX do zasilania miernika PUE HX5.EX
Drukarki paragonowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Ewidencja [WX-010-0038]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]