



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,VML

500 μ l ÷ 5000 μ l - RW8-107-20-9 Micropipetas

PA-203-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Volume	500 – 5000 μ l
Erro sistemático	2,0% / 0,5%
Erro randômico	0,6% / 0,15%
Dicas	5000 μ l



Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
 Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P

Balanças automáticas para calibração de micropipetas