

## Pipette automatique 500 $\mu$ l ÷ 5000 $\mu$ l - RW8-107-20-9

PA-203-0007





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques		
Volume	500 – 5000 μΙ	
Erreur de précision	2,0% / 0,5%	
Erreur de répétabilité	0,6% / 0,15%	
Bouts	5000 μΙ	



## **Compatible avec (Additional Fee)**

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes