500 µl ÷ 5000 µl - RW8-107-20-9 Otomatik Pipetler

PA-203-0007

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,VML



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Hacım	500 – 5000 µl
Systematic error	2,0% / 0,5%
Tekrarlanabilirlik error	0,6% / 0,15%
Uçlar	5000 µl

İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi

Pipet kalibrasyonu için otomatik teraziler