



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,VML

500 μ l ÷ 5000 μ l - RW8-107-20-9 Otomatik Pipetler

PA-203-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Hacim	500 – 5000 μ l
Systematic error	2,0% / 0,5%
Tekrarlanabilirlik error	0,6% / 0,15%
Uçlar	5000 μ l



İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazî
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazî

Pipet kalibrasyonu için otomatik terazîler