



Protocole de communication Radwag (X2)

WX-016-0265



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le protocole de communication des caractères Radwag est destiné à la communication entre la balance Radwag et un dispositif externe via des interfaces RS232, Ethernet ou Wi-Fi*. Le protocole se compose de commandes envoyées depuis un dispositif externe à la balance et de réponses envoyées depuis la balance vers ce dispositif. Des réponses sont envoyées depuis la balance chaque fois qu'une commande est reçue en réaction à une commande donnée. Les commandes qui composent le protocole de communication permettent d'obtenir des informations sur l'état de la balance et comment influencer son fonctionnement, par exemple, elles permettent de recevoir les résultats de pesée de la balance, de contrôler l'affichage, etc.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Compatible avec (Additional Fee)

Dessiccateur MA X7.IC.A
Dessiccateurs MA X2.IC.A
Balance analytique AS X7
Balance de précision PS X2
Balances analytiques AS X2 PLUS

Balances PS X7 pour CPP
Balances PS X2 pour CPP
Dessiccateurs MA X2.A
Dessiccateur MA X7.A
Balance de précision PS X7