




Protokół komunikacyjny Radwag (X2)

WX-016-0265



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Protokół komunikacyjny Radwag

Znakowy protokół komunikacyjny Radwag jest przeznaczony do komunikacji pomiędzy wagą Radwag a urządzeniem zewnętrznym za pomocą interfejsów RS232, Ethernet lub Wi-Fi*.

Na protokół składają się z komendy przesyłane z urządzenia zewnętrznego do wagi i odpowiedzi przesyłane z wagi do tego urządzenia.

Odpowiedzi są wysyłane z wagi każdorazowo po odebraniu komendy jako reakcja na daną komendę.

Komendy składające się na protokół komunikacyjny pozwalają uzyskiwać informacje o stanie wagi i sposobach wpływania na jej działanie, na przykład umożliwiają otrzymywanie wyników ważenia z wagi, kontrolowanie wyświetlacza itp.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagosuszarka MA X7.IC.A
Wagosuszarki MA X2.IC.A
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Wagi analityczne AS X2 PLUS

Wagi PS X7 do KTP
Wagi PS X2 do KTP
Wagosuszarki MA X2.A
Wagosuszarka MA X7.A
Waga precyzyjna PS X7